Eniko Fulop
Digitally signed by Eniko Fulop
Date: 2023.06.16 08:36:52 +03'00'

GUVERNUL ROMÂNIEI
COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
Bd. Libertăţii nr. 14, Bucureşti 5
Telefon 021 316 34 76
Fax 021 316 14 36
Operator date cu caracter personal nr. 35647

AUTORIZAŢIE
PENTRU
DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL NUCLEAR
Nr. FN 1439 / 2021

În temeiul art. 8 din Legea Nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, al Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică şi al Normelor specifice de securitate radiologică,

Ca urmare a analizării documentaţiei înregistrată la C.N.C.A.N. cu nr.7241/31262 din 09.07.2021,

Constatând că sunt îndeplinite prevederile legale,

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE

AUTORIZEAZĂ

SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI
din *Gheorgheni, b-dul Lacu Roşu nr. 16, jud. Harghita, cod poştal 535500 tel. 0266/365032*
persoană juridică conform Legii nr. 95/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare

să

UTILIZEZE

instalaţia radiologică, în cadrul:

LABORATORULUI DE TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ – AMBULATORUL DE SPECIALITATE
situat în: *Gheorgheni, b-dul Lacu Roşu nr. 16, Corpul G, Parter, jud. Harghita, tel. 0266/365032*

în conformitate cu documentaţia prezentată şi prevederile impuse în anexele nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta autorizaţie.

Intră în vigoare la data de: 12.08.2021
Expiră la data de: 11.08.2026

PREŞEDINTE,
Cantemir Marian CIUREA-ERCĂU

Este interzisă reproducerea parţială a acestui document

ANEXA Nr. 1
la autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. FN 1439 / 2021
privind *utilizarea instalaţiilor radiologice*

I.LIMITE:

Instalaţia radiologică de tomografie computerizată, tip SOMATOM go.ALL, seria: 117653/2020, cu următoarea componenţă:

- Gantry, seria 1853/2020
- Generator de înaltă tensiune, seria 1832/f. an de fabricaţie
- Tub RX, model Athlon, seria 669042075/2020
- Cupola, model Athlon, seria 631072071/2020
- Detector, seria 20935/f. an de fabricaţie

- Parametrii maximi: 140 kV, 625 mA
- Producător: SIEMENS AG Medical Solutions – Germania si Siemens Shanghai Medical Equip. - China
- Posedă furnizare fara ASR nr.: RP 1070/2019

II. CONDIŢII:

1. Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul expirării/retragerii autorizaţiei de deţinere şi închiriere pentru instalaţia specificată la Cap. I.Limite.
2. Se vor efectua lucrările de mentenanţă (întreţinere şi verificare) recomandate de producător cu periodicitatea prevăzută în manualul de service al instalaţiei radiologice şi **anual** se vor verifica parametrii tehnici nominali şi de securitate radiologică de către un operator autorizat de C.N.C.A.N. pentru desfăşurarea acestui tip de activitate, conform prevederilor Legii Nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare. Buletinele de verificare periodică se vor păstra la utilizator pentru a fi prezentate, la cerere, organelor de control.
3. Activităţile în cadrul Laboratorului de Tomografie Computerizată – Ambulatorul de Specialitate se vor desfăşura în conformitate cu:

   - Programul de radioprotecţie stabilit şi implementat în baza art. 4 alin. (4) lit. a) din Normele de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională, publicate în M. Of. Partea I nr. 924/2003;

   - Procedurile specifice practicii de radiologie de diagnostic desfăşurate cu instalaţia radiologică, ca parte a sistemului de management al calităţii (asigurarea calităţii), stabilit şi implementat conform prevederilor art. 18 şi 19 din Normele de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională, publicate în M. Of. Partea I nr. 924/2003 şi art. 147 din Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică.
4. Titularul de autorizaţie are obligaţia să anunţe de îndată orice eveniment radiologic la Centrul de Notificare al CNCAN (telefon: 021-351 50 89, fax: 021-351 50 88).

III. PERSONALUL CU RESPONSABILITĂȚI:

Responsabil cu protecția radiologică:

- ***CONSTANTIN CLAUDIA-VIORICA - permis exercitare nivel 2 nr. 948/2019***

IV. CATEGORIA DE RISC RADIOLOGIC: 2

ANEXA Nr. 2
la autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. FN 1439 / 2021
privind *utilizarea instalaţiilor radiologice*

1. Punctele de măsurare a câmpurilor de radiaţii din zonele controlate şi zonele adiacente, stabilite în conformitate cu prevederile art. 86, al. (3) din **Normele de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională**, publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 924/23.12.2003, sunt prezentate în desenul reprodus mai jos.

2. Frecvenţa măsurătorilor se va stabili în conformitate cu prevederile art. 86, al. (5), din aceste norme.

PLANUL LABORATORULUI DE TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ – AMBULATORUL DE SPECIALIATATE CORP G, PARTER

