DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BRAȘOV
CENTRUL JUDEȚEAN DE APARATURĂ MEDICALĂ BRAȘOV
str. Al. I. Cuza, nr. 24, Brașov 0268-417350 cjambrasov@yahoo.com
C.U.I.: 12595409

Aviz de functionare nr. 5219 / 23.06.2020

ALLCERT Nr. certificat: 01760 ISO 9001: 2015

ALLCERT Nr. certificat: 00043 ISO 13485: 2016

Eniko Fulop Digitally signed by Eniko Fulop Date: 2023.06.16 10:32:08 +03'00'

Societate cu sistem de management al calitatii
Certificat ISO 9001:2015 si ISO 13485:2016

Nr. 627 din 7 IUL 2022

- BULETIN DE VERIFICARE TEHNICA -

LISTA CU APARATELE FOLOSITE LA VERIFICAT

Unitatea solicitanta : **SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI** ~ **LAB. IMAGISTICA**

Echipamente de masurare si monitorizare utilizate pentru verificare:

1. Aparat pt. verificarea electrosecuritatii : model QA – 90 / FLUKE ESA 609
2. Simulator pacient tip NIPB ANALYZER SECULIFE
3. Simulator EEG tip SIMEEG16
4. Termometru electronic DIGITAL M
5. Multimetru digital cu functii speciale MS 8209 (Decibelmetru Db, Umiditate % RH, Temperatura ° C, Luxmetru- Lux , Frecventa Hz, V, A, Ohm, µF,)
6. Simulator descarcare defibrilatoare tip DF BASE
7. Test de sterilizare autorizat tip BANDA
8. Test Bowie&Dick
9. Logger control temperature / presiune
10. Dispozitiv de masura a puterii laser - LASERCHECK
11. Trusa etalon
12. Calibrator si sange de control
13. Radiometru UV
14. Oxigenometru O2 Concentrate – Kit
15. Phantom Ecograf multifunct. L - 042
16. Manovacuumetru etalon
17. Subler etalon
18. Clampmetru digital - CLAMP-UT210B
19. Simulator SPO2 – SECULIFE OXI 01
20. Osciloscop portabil PROTEK 1006
21. Set rezistente non-inductive
22. Turometru
23. Analizor pentru ventilatoare ATI – TSI FA 4080 PLUS
24. Analizor pt concent. gazelor anest. RIKEN FI-21
25. Analizor pt inject. si infuzomate tip IF +
26. Ser control
27. Analizor pt. masurarea puterii ultrasonice SECULIFE UP
28. Analizor pt. electrochirurgie tip ANEC-02 / RF 302
29. Analizor de incubator pt. nou nascuti tip INCUMAT-02
30. Butelie etalon CO2 , N2O, Desfluran
31. Plaman test LUNGTEST
32. Seringa de calibrare 1 - 3 litri
33. Ph - metru
34. Megaohmetru
35. Detector de particule pt. inst de fluide medicale DUST-01/ DT 96
36. Anemometru

Nr. crt	Dispozitiv medical verificat	TIP	SERIE	OBS.	EXPIRA		
1	ECOGRAF ESAOTE	MYLAB SEVEN	200155 / 2017	~	6	IUL	2023
2	0	0	0	~	0	0	0
3	0	0	0	~	0	0	0
4	0	0	0	~	0	0	0
5	0	0	0	~	0	0	0

Concluzii : Dispozitivele medicale de la pozitiile din tabel au fost verificate conform Procedurii de lucru a C.J.A.M. Brasov, cod PL-05 in vigoare si a Listei procedurilor interne cod P.I. in vigoare, corespund din punct de vedere tehnic si se incadreaza in parametrii normali de functionare

Se ataseaza anexa cu masuratori ☑

Tehnician aparatura medicala

Director,
dr. Remus Constantin DRAGAN

Formular cod F-PL-05-01 in vigoare din 15.07.2020

Acest document se constituie în proprietatea intelectuală a C.J.A.M. BRAŞOV.

Reproducerea acestuia,integrală sau parţială,prin orice mijloc de reproducere,este interzisă fără acordul scris al proprietarului.