Eniko Fulop Digitally signed by Eniko Fulop Date: 2023.06.16 08:23:31 +03'00'

Fișă tehnică Nr 166 CTC4 – 09.11.2022

1 – 20

MULTITRONIC MT 5

Seria 22042 an fabricatie 2022

Combina de electroterapie si ultrasunete – 2 canale electroterapie, 1 canal ultrasunete
Se pot trata 2 pacienti simultan

Date tehnice generale

Clasa de protecţie conform IEC 60601-1/VDE 750 Secţiunea 1	Tip I : BF
Caracterizare CE	în conf. cu Directiva pt. dispozitivele medicale 93/42 EEC
Clasa în conf. cu Directiva Consiliului cu privire la aparatele medicale	IIa
Tensiunea de alimentare	230 VCA±10%
Frecvenţa de alimentare	50 Hz
Putere consumată	70 VA
Consum de curent	0,3 A ... 0,6 A
Dimensiuni (lxIxL)	335 x 270 x 125 mm
Greutate	3,4 Kg

Parametri funcționali

Electroterapie

Curenți generați	Interferențial, diadinamic DF, MF, RS, MM, CP, LP, CPiso, LPiso, TENS, TENS burst, HVPS, Kotz, Träbert - Ultra Reiz, microcurrent, Faradic și neofaradic, G

Tip curent	**Valori de iesire**
Diadinamic	DF 0-40mA/ MF 0-20mA
Interferențial RMS	0-60mA
TENS, HVPS, KOTZ, TRABERT	0-100mA
G	0-50mA
Microcurent	0-1000uA

Ultrasunete

Frecventa ultrasunete	1 MHz/ 3,3MHz
Putere ultrasunete	2,5 W/cm² continuu, 3W/cm² pulsat
Putere in regim pulsat	3 W/cm²
Suprafață traductoare	1,3 cm²/ 5cm²
Frecvență impulsuri	10-150Hz
Reglaj factor de umplere	5-100% cu pași de 5%
Valori fixe factor de umplere	6,25%-12,5%-25%-50%

PHYSIOMED aparatura medicala S.R.L. ROMANIA

PHYSIOMED Aparatura Medicala SRL
RO 15433312, J12/1212/2003
Meteor 2/5, Cluj-Napoca, Romania

TEL: +40 264 520986
FAX: +40 264 520986
office@physiomed.ro

PHYSIOMED®
PHYSIOMED Aparatura Medicala SRL
Cluj-Napoca, Cronicar Ion Neculce, 10/1
RO 42 BTRL 0130 1202 9017 42XX
RO 15433312 CS 200 lei

PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE/INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Nr. 2211010_3

Încheiat azi 03-11-2022 la sediul – **SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI,** între reprezentanţii furnizorului **PHYSIOMED Aparatura Medicala SRL** si **SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI,** în calitate de BENEFICIAR, reprezentată prin ....., prin care se livrează :

- Aparat de terapie combinata cu 2 canale electroterapie MT5 SN 22042

S-a verificat integritatea echipamentului, s-a efectuat recepţia cantitativă şi calitativă, s-au înmânat Cartea Tehnică şi Declaraţia de conformitate şi garanţie.
Echipamentul a fost instalat şi pus în funcţiune.
A fost efectuată instruirea personalului utilizator.

Nr. crt.	Persoana instruită	Data instruirii	Semnătura
1	SENDEK-KRÁLY ILDIKÓ	03.11.2022	
2	SZŐKE ZITA	03.11.2022	
3			
4			
5			

Prezentul act s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul de fiecare parte, având aceeaşi valoare juridică.

BENEFICIAR
SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI
APROVIZIONARE
AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA

FURNIZOR
PHYSIOMED Aparatura Medicala SRL

PHYSIOMED Aparatura Medicala S.R.L. ROMANIA