Eniko Fulop Digitally signed by Eniko Fulop Date: 2023.06.16 08:23:46 +03'00'

2-20

Fișă tehnică

NR. 167 CTEH - 09.11.2022

MAGNETRONIC MF12

seria 22047 an fabricaţie 2022

Aparat magnetoterapie - 2 canale de terapie

Date tehnice generale

Clasa de protectie conform IEC 60601-1/VDE 750 Sectiunea 1	Sistem protector / clasificare: Clasa I / Tip BF
Caracterizare CE	in conf. cu Directiva pt. dispozitivele medicale 93/42 EEC
Clasa in conf. cu Directiva Consiliului cu privire la aparatele medicale	IIa
Priza de alimentare	100...240 VCA±10%
Frecventa de alimentare	50...60 Hz
Putere consumata	140 VA
Consum de curent	0,4 A ... 1,1 A
Temperatura mediu de lucru	+10ºC...+40ºC
Dimensiuni (LxIxh)	335x270x125 mm
Greutate	4,7 Kg

Parametri funcţionali

Frecvenţa câmpului magnetic	1-100 Hz
Inductanţa	0-20 mT
Timpul impulsului / pauzei reglabile în domeniul	0.5 - 8 s
Modulare MX1	Forma undelor succesive se modifică cu o frecvenţă constantă.
Modulare MX2	Forma undelor succesive se modifica simultan cu modificarea frecvenţei
Modularea câmpului magnetic:	sinusoidal, rectangular, triunghiular (fiecare: unipolar sau bipolar)
Programe prestabilite	56
Semnalizarea distorsiunilor câmpului magnetic prin apariţia unui mesaj de eroare cu indicaţii de remediere pentru utilizator	DA
Protocoale prestabilite pentru sindroame de durere, leziuni traumatice, afecţiuni neurologice, terapie pre şi post operatorie	DA

PHYSIOMED Aparatura Medicala SRL
RO 15433312, J12/1212/2003
Meteor 2/5, Cluj-Napoca, Romania

PHYSIOMED aparatura medicala S.R.L. ROMANIA

TEL: +40 264 520986
FAX: +40 264 520986
office@physiomed.ro

PHYSIOMED®
PHYSIOMED Aparatura Medicala SRL
Cluj-Napoca, Cronicar Ion Neculce, 10/1
RO 42 BTRL 0130 1202 9017 42XX
RO 15433312 CS 200 lei

PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE/INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Nr. 2211010_1

Încheiat azi 03-11-2022 la sediul – **SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI,** între reprezentanţii furnizorului **PHYSIOMED Aparatura Medicala SRL** si **SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI,** în calitate de BENEFICIAR, reprezentată prin ....., prin care se livrează :

- Aparat de magnetoterapie cu 2 canale MF12 SN 22047

S-a verificat integritatea echipamentului, s-a efectuat recepţia cantitativă şi calitativă, s-au înmânat Cartea Tehnică şi Declaraţia de conformitate şi garanţie.
Echipamentul a fost instalat şi pus în funcţiune.
A fost efectuată instruirea personalului utilizator.

Nr. crt.	Persoana instruită	Data instruirii	Semnătura
1	BENEDEK-KIRÁLY ILDIKÓ	03.11.2022	
2	SZŐKE ZITA	03.11.2022	
3			
4			
5			

Prezentul act s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul de fiecare parte, având aceeaşi valoare juridică.

BENEFICIAR
SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII: PUBLICE
SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI
APROVIZIONARE
AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA

FURNIZOR
PHYSIOMED Aparatura Medicala SRL

PHYSIOMED Aparatura Medicala SRL ROMANIA