Eniko Fulop Digitally signed by Eniko Fulop Date: 2023.06.16 08:24:03 +03'00'

Fișă tehnică Nr 168 CTEH - 09.11.2022

3-20

LASERTRONIC LT 3

seria 22059 an fabricaţie 2022

Aparat laser cu scanare și sondă punctiformă

Date tehnice generale

Clasa de protecţie conform IEC 60601-1/VDE 750 Secţiunea 1	Tip I : BF
Caracterizare CE	în conf. cu Directiva pt. dispozitivele medicale 93/42 EEC
Clasa în conf. cu Directiva Consiliului cu privire la aparatele medicale	IIB
Tensiunea de alimentare	230 VCA±10%
Frecvenţa de alimentare	50 Hz
Putere consumată	50 VA
Consum de curent	0,3 A ... 0,6 A
Dimensiuni (lxIxL)	335 x 270 x 125 mm
Greutate	2,5 Kg

Parametri funcționali

Durata tratamentului	1 s – 99 min
Display	Touch screen 4,3"
Contor terapii	DA
Programe prestabilite	56
Senzor de calibrare laser	DA

Caracteristici sondă laser punctiformă S-1N

Lungime de undă	905 nm
Tip radiaţie	Infraroşu
Putere in regim pulsat	50 W
Putere	0,1 – 50mW
Frecvenţă de modulare	5 – 5000Hz
Durata impuls	200ns

Caracteristici sondă scanare

Lungime de undă IR	808 nm/ 400mW
Lungime de undă R	660nm/ 80mW
Ajustarea braţului	60 – 140cm
Puterea	480 mW
Distanţa măsurată automat (sursă – pacient)	50 – 100cm
Suprafaţa de tratament	400cm^2

PHYSIOMED Aparatura Medicala SRL
RO 15433312, J12/1212/2003
Meteor 2/5, Cluj-Napoca, Romania

PHYSIOMED aparatura medicala S.R.L. ROMANIA

TEL: +40 264 5209
FAX: +40 264 5209
office@physiomed.ro

3-20

PHYSIOMED®
PHYSIOMED Aparatura Medicala SRL
Cluj-Napoca, Cronicar Ion Neculce, 10/1
RO 42 BTRL 0130 1202 9017 42XX
RO 15433312 CS 200 lei

PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE/INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Nr. 2211010_2

Încheiat azi 03.11.2022 la sediul – **SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI,** înt reprezentanţii furnizorului **PHYSIOMED Aparatura Medicala SRL** si **SPITALUL MUNICIPA GHEORGHENI,** în calitate de BENEFICIAR, reprezentată prin ....., prin ca se livrează :

- Aparat de terapie laser LT3 SN 22059

S-a verificat integritatea echipamentului, s-a efectuat recepţia cantitativă şi calitativă, s-au înmânat Carte Tehnică şi Declaraţia de conformitate şi garanţie.
Echipamentul a fost instalat şi pus în funcţiune.
A fost efectuată instruirea personalului utilizator.

Nr. crt.	Persoana instruită	Data instruirii	Semnătura
1	BENEDEK-KIRÁLY ILDIKÓ	03.11.2022	
2	STĂNUȘ RITA	03.11.2022	
3			
4			
5			

Prezentul act s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul de fiecare parte, având aceeaşi valoare juridică.

BENEFICIAR
SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI, APROVIZIONARE, AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA

FURNIZOR
PHYSIOMED Aparatura Medicala SRL

PHYSIOMED aparatura medicala S.R.L. ROMANIA