Eniko Fulop
Digitally signed by Eniko Fulop
Date: 2023.06.16 08:24:18 +03'00'

4-20

Fișă tehnică

MEGAPULSE SENIOR - 265

seria 2200242 an fabricaţie 2022

Aparat de terapie cu une scurte - 1 canal de terapie

Date tehnice generale

Clasa de protectie conform IEC 60601-1/VDE 750 Sectiunea 1	Tip I : BF
Caracterizare CE	in conf. cu Directiva pt. dispozitivele medicale 93/42 EEC
Clasa in conf. cu Directiva Consiliului cu privire la aparatele medicale	IIa
Tensiunea de alimentare	100 - 240 V
Frecventa de alimentare	50...60 Hz
Puterea de intrare	1000 VA
Display	6,5 inch, color, touch screen
Temperatura mediu de lucru	+10ºC...+40ºC
Dimensiuni (lxIxL)	470 x 940 x 470 mm
Greutate	38 Kg

Parametri funcționali

Putere nominala HF	1000 W mod pulsat / 400 W mod continuu
Factor de umplere impulsuri	1/3, 2/3, 3/3
Durata impuls	20, 40, 65, 100, 200, 400 µs
Frecventa de lucru	27,12 MHz
Frecventa de modulatie	5, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 200, 400, 600, 800 Hz
Durata tratament	max 30min

PHYSIOMED aparatura medicala S.R.L. ROMANIA

PHYSIOMED Aparatura Medicala SRL
RO 15433312, J12/1212/2003
Meteor 2/5, Cluj-Napoca, Romania

TEL: +40 264 520986
FAX: +40 264 520986
office@physiomed.ro

www.physiomed.ro

PHYSIOMED®
PHYSIOMED Aparatura Medicala SRL
Cluj-Napoca, Cronicar Ion Neculce, 10/1
RO 42 BTRL 0130 1202 9017 42XX
RO 15433312 CS 200 lei

PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE/INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Nr. 2211010_4

Încheiat azi 03-11-2022 la sediul – **SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI,** între reprezentanţii furnizorului **PHYSIOMED Aparatura Medicala SRL** si **SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI,** în calitate de BENEFICIAR, reprezentată prin ....., prin care se livrează :

- Aparat de terapie unde scurte MEGAPULSE SENIOR 265 SN 2200242

S-a verificat integritatea echipamentului, s-a efectuat recepţia cantitativă şi calitativă, s-au înmânat Cartea Tehnică şi Declaraţia de conformitate şi garanţie.
Echipamentul a fost instalat şi pus în funcţiune.
A fost efectuată instruirea personalului utilizator.

Nr. crt.	Persoana instruită	Data instruirii	Semnătura
1	BENEDEK-KLEPÁCZ Tünde	03.11.2022	
2	SZŐKE ZITA	03.11.2022	
3			
4			
5			

Prezentul act s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul de fiecare parte, având aceeaşi valoare juridică.

BENEFICIAR
SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE * SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI * APROVIZIONARE * AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA

FURNIZOR
PHYSIOMED Aparatura Medicala SRL

PHYSIOMED® Aparatura Medicala S.R.L. ROMANIA